



Konformitätserklärung Declaration of Conformity

Hersteller Adresse:
Manufacturer Address:

*Möller Feinmechanik GmbH & Co.
Analytik · Medizintechnik · Feinwerktechnik
Wasserkuppenstraße 29-31, D - 36043 Fulda*

Produkt: Blutmischwaage M1, M2, M3
Product: Compomixer M1, M2, M3

Einstufung: IIa (MDD, Annex IX)
Classification:

Konformitätsbewertung nach: MDD, Annex II
Conformity according:

Möller Feinmechanik erklärt hiermit, daß die oben genannten Produkte den Anforderungen der folgenden Richtlinien, Gesetzen und Normen der Europäischen Union entsprechen. Die erforderliche Dokumentation steht zur Einsichtnahme durch die zuständige Überwachungsbehörde oder die Benannte Stelle bereit.

Möller Feinmechanik herewith declares that the above mentioned products meet the provisions of the following EC-Council directives and standards. All supporting documentation are retained and can be seen by the the competent government authority or Notified Body.

Anwendbare Gesetze: Medizinproduktegesetz (MPG) und Verordnungen (Germany)
Applicable directives: Medical Device Directive (MDD) 93/42/EEC

Wichtige anwendbare Normen: EN 60601-1:1990 + A1:1993 + A2:1995
main applicable standards: EN 60601-1-1:1993/A1:1996
EN 60601-1-2:1993
EN 60601-1-4:1996
DIN EN ISO 9001 8/94
DIN EN 46001 9/96

Möller Feinmechanik GmbH & Co.
W. Blum

25.02.99

Fulda, den